

# Sorin

## Herzschrittmacherausweis

Pacemaker Identification Card  
von

**Dr. med. Urban KÜHR**

1.1.1900

53111 Bonn, Belderberg 6

Letzte Nachsorge: 05.12.2016

Nächste Nachsorge nach 6 Monaten

## Kardiologische Praxis Dr. Kühr

Facharzt für Innere Medizin / Kardiologie

Belderberg 6 • 53111 Bonn-Zentrum

Tel: 0228–650818 • Fax: 0228–652996

### Anamnese:

keine Dyspnoe, keine Palpitationen, keine  
Synkopen / Kollapsereignisse

### klinischer Befund:

Schrittmachertasche reizlos, keine  
prätibialen Ödeme

### Eigenrhythmus:

**atrial:** Sinusrhythmus 45/min

**ventr:** rhythmisch 45/min

### Schrittmacher:

Implantation: 11.06.2010

Hersteller: Sorin

Modell: Reply DR

Ser-Nº: 123 456 789

### Implantationszentrum:

St. Marien Hospital • Innere Medizin -

Kardiologie • Robert-Koch-Strasse 1 • 53115

Bonn • Tel: 0228-5050

### atriale Elektrode:

Medtronic – 4076 (bipol)

Implantationsdatum: 11.06.2010

### rechtsventrikuläre Elektrode:

Medtronic – 4076 (bipol)

Implantationsdatum: 11.06.2010

### Programmänderung: Nein

### Beurteilung:

regelrechte SM-Funktion.

<b>Nachsorgedatum</b>	<b>05.12.2016</b>	<b>13.06.2016</b>	<b>07.12.2015</b>	<b>08.06.2015</b>
Hersteller	Sorin	Sorin	Sorin	Sorin
Aggregat	Reply	Reply	Reply	Reply
	DR	DR	DR	DR
Batteriezustand	OK	OK	OK	OK
Spannung/Kapaz.				
ERI erwartet	2 J. 3 M.	3 J. 10 M.	4 J. 5 M.	4 J. 11 M.
Stimulation A/V [%]	26 / 1	99 / 1	99 / 1	99 / 1
<b>Betriebsart</b>	<b>AAIR-DDDR</b>	<b>AAIR-DDDR</b>	<b>AAIR-DDDR</b>	<b>AAIR-DDDR</b>
Frequenzen (/min)	55/60-120	55/60-120	55/60-120	55/60-120

<b>atrial</b>				
Eigenrhythmus	SR 45bpm	SR 42bpm	SR 39bpm	
Stimulation progr	2,50V@0,35	2,50V@0,35	2,50V@0,35	2,50V@0,35
Wahrnehmung	4,3 mV	4,8 - 6,1 mV	5,6 mV	n. messbar
Empfindlichkeit	0,60 mV (fix)	0,60 mV (fix)	0,60 mV (fix)	0,60 mV (fix)
Polarität (sense)	bipol	bipol	bipol	bipol
Reizschwelle	0,50V@0,35ms	0,25V@0,35ms	0,25V@0,35ms	0,50V@0,35ms
Polarität (pace)	unipol	unipol	unipol	unipol
Impedanz (Ohm)	369	397	518	399

<b>rechtsventrikulär</b>				
Eigenrhythmus	rhyth. 45bpm	rhyth. 42bpm	rhyth. 39bpm	
Stimulation progr	2,50V@0,35	2,50V@0,35	2,50V@0,35	2,50V@0,35
Wahrnehmung	9,7 mV	9,7 - 10,0 mV	10,6 mV	n. messbar
Empfindlichkeit	2,50 mV (fix)	2,50 mV (fix)	2,50 mV (fix)	2,50 mV (fix)
Polarität (sense)	bipol	bipol	bipol	bipol
Reizschwelle	0,50V@0,35ms	1,25V@0,35ms	1,00V@0,35ms	0,75V@0,35ms
Polarität (pace)	unipol	unipol	unipol	unipol
Impedanz (Ohm)	514	500	405	533

## **Beurteilungen**

**05.12.2016:** regelrechte SM-Funktion.

**Programmänderung:** Nein

**13.06.2016:** regelrechte SM-Funktion.

**Programmänderung:** Nein

**07.12.2015:** regelrechte SM-Funktion.

**Programmänderung:** Nein

**08.06.2015:** regelrechte SM-Funktion.

**Programmänderung:** Nein